



## **Odluka o pokretanju postupka prodaje magnetne rezonance AIRIS Vento „HITACHI” i uređaja za anesteziju PERSEO MRI Ventilator „SIARE”**

Javna zdravstvena ustanova Klinički centar Crne Gore obratila se Ministarstvu zdravlja zahtjevom broj 03/01-24566/1 od 11.12.2017. godine za davanje saglasnosti za prodaju uređaja za magnetnu rezonancu AIRIS Vento „HITACHI” i uređaja za anesteziju PERSEO MRI Ventilator „SIARE”.

Za pokretanje postupka prodaje uređaja Odbor direktora Kliničkog centra Crne Gore donio je Odluku broj 03/01-24633/1 od 11.12.2017. i uradio procjenu vrijednosti uređaja od strane vještaka mašinske struke (broj 03/01-24319 od 06.12.2017. godine).

Uređaj za magnetnu rezonancu AIRIS Vento „HITACHI” proizveden je 2008. godine, a pušten je u rad 2009. godine i nalazi se na Odjeljenju za rentgensku dijagnostiku u Institutu za bolesti djece, u okviru Kliničkog centra Crne Gore. U momentu procjene je u funkcionalnom stanju. Prodaji se pristupa iz razloga što je u proceduri kupovina novog magnetnog uređaja za potrebe pedijatrijskih pacijenata Instituta za bolesti djece.

Aparat za anesteziju PERSEO MRI Ventilator „SIARE” proizveden je 2008. godine i od dana nabavke nije stavljen u upotrebu, jer nije isporučen sa monitorom na kome se prati protok i ostali monitoring prilikom korišćenja. Uređaj nije održavan i zbog toga ima manju upotrebnu vrijednost i knjigovodstveno je amortizovan. Upravljački softver je zastario. Troškovi održavanja prelaze njegovu tržišnu vrijednost, a nabavka rezervnih djelova je otežana jer se za isti ne proizvode.

Novčana sredstva ostvarena na ovaj način nadomjestila bi nedostajući dio za kupovinu novog aparata za magnetnu rezonancu za potrebe Instituta za bolesti djece.

Ministarstvo zdravlja se dopisom broj 404-338/2017 od 13. decembra 2017. godine obratilo Ministarstvu finansija sa zahtjevom za davanje saglasnosti na pokretanje postupka prodaje navedenih uređaja.

Aktom broj 01-22234/2017 od 18. decembra 2017. godine Ministarstvo finansija je dostavilo mišljenje u kojem navode da podržavaju inicijativu Kliničkog centra Crne Gore uz napomenu da konačnu odluku donosi Vlada Crne Gore.

Na osnovu svega gore navedenog, Ministarstvo zdravlja predlaže sljedeće



## ZAKLJUČKE

1. Vlada je dala saglasnost na Odluku o pokretanju postupka prodaje magnetne rezonance AIRIS Vento „HITACHI” i uređaja za anesteziju PERSEO MRI Ventilator „SIARE”, broj: 03/01-24633/1, koju je donio Odbor direktora Kliničkog centra Crne Gore na sjednici održanoj 11.12.2017. godine.
2. Zadužuje se Klinički centar Crne Gore da sredstva ostvarena prodajom aparata iz tačke 1 ovih zaključaka iskoristi za nabavku novog aparata.
3. Zadužuje se Ministarstvo zdravlja da prati realizaciju ovih zaključaka.